

医療機関 各位

サノフィ株式会社

乾燥ヘモフィルスb型ワクチン「アクトヒブ®」の2024年12月-2025年3月出荷分における最終有効年月日の逆転および個装箱/ワクチンシール表記の製造番号に関するお知らせ

謹啓

時下、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、乾燥ヘモフィルスb型ワクチン「アクトヒブ®」において、現在流通している製品とこれから弊社より出荷する製品との間に、最終有効年月日の逆転が生じることにつきましてお知らせとお詫びを申し上げます。医療機関の皆様にご迷惑をお掛けしますことを重ねてお詫び申し上げますとともに、何卒事情ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、最終有効年月日の逆転が生じる製品につきましても、国内の品質基準を満たしており、有効性や安全性に問題はございません。今後とも変わらぬご愛顧を賜れましたら幸いです。

謹白

《最終有効年月日の逆転が生じる製品と詳細》*需給状況や地域によって異なります

製造番号	最終有効年月日	弊社からの 出荷予定時期	どの製造番号に対して、逆転が生じるか すでに市場に流通している製品の 製造番号（最終有効年月日）
W1B93	2025/10/14	2024年12月	W1C07 (2025/10/17)
W1B93J	2025/10/14	2025年3月	W1C11 (2025/10/19)
			W1C19 (2025/10/26)
			W1C19J (2025/10/26)

<最終有効年月日が逆転する理由について>


アクトヒブ®は、海外の工場で製造しており、製造元での製造工程や検査ならびに輸送の状況により、日本に輸入された時点で、最終有効年月日の逆転（出荷時期の逆転）が生じていることがあります。通常は、弊社国内工場および物流センターにて最終有効年月日順に出荷できるよう調整を行っておりますが、2024年12月から2025年3月出荷分の一部の製品に関して、国内の対応だけでは調整が間に合わず、最終有効年月日の逆転が生じました。

<製造番号の末尾Jの記載について>

下記の製造番号におきまして、弊社国内工場にて2度に分けて箱詰めを行ったことから管理上区別するために、製造番号に末尾にJを付与しました。然しながらバイアルのラベルは海外の工場で貼付されてから輸入するため、製造番号にJの表記は御座いません。Jの表記は個装箱およびワクチンシールのみとなります。（*当該ロットの写真をご参照下さい）こちらも国内の品質基準を満たしており、有効性や安全性に問題はございません。流通の安定性を保持するための措置で御座いますのでご理解の程何卒よろしく申し上げます。

W1B93/W1B93J (2025/10/14)


W1C19/W1C19J (2025/10/26)



当該ロットのバイアル写真 (Jの表記無し)



患者用ラベル (Jの表記有り)



当該ロットの個装箱 (Jの表記有り)

【お問い合わせ先】 サノフィワクチンコールセンター TEL : 0120-870-891

受付時間 月～金 9:00 - 17:00 (土、日、祝祭日・サノフィ株式会社休日除く)